



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO  
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



## RELATÓRIO DE DOSES

Nº 02945/26

**Cliente:** 07186 OP NF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

**Registro CNEN:** 913.026/23-01-3

AV ALBERTO BRAUNE, 35 CENTRO CEP: 28613001 NOVA FRIBURGO RJ

**Período de utilização** 10/02/2026 à 09/03/2026

**Data de Recebimento:** 17/03/2026

**Mês Base:** fevereiro/2026

| Identificação<br>do Dosímetro | CPF               | Nome                               | Dose no Período<br>Hp (10) | (mSv) | Dose Anual<br>(mSv) | Observação |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|------------|
| 07186 901                     | ____.____.____-__ | REFERENCIAL-01                     |                            | M     |                     |            |
| 07186 001                     | 098.583.527-35    | ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS         |                            | M     | 0,00                |            |
| 07186 002                     | 098.828.816-88    | JOSE EXPEDITO CARNEIRO PINTO FILHO |                            | M     | 0,00                |            |

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

### Tabela de Observações

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NI - Nível de investigação (1,00mSv)                | DP - Dosímetro de extremidade             |
| LI - Leitura impossível                             | LE - Leitura de emergência                |
| NU - Dosímetro não utilizado                        | DA - Dosímetro referencial irradiado      |
| DE - Dosímetro extraviado                           | UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv) |
| UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)           |                                           |
| * - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero. |                                           |

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario  
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 1 de abril de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882  
Assinado de forma digital  
por PATRICIA SANTANA  
BRITO  
SANTOS:26420741882  
Dados:2026.04.01  
15:58:51 BRT

**Patricia Santana Brito**  
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: b16e9ccf69d6cec2817138f30b4c0093