



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 06419/26

Cliente: 07263 COMPTON SERVICOS EM IMAGENOLOGIA LTDA

Registro CNEN: 913.063/23-01-4

AV DESQUINA COM A RUA 09, 419 SL 401 SETOR MARISTA CEP: 74150040 GOIANIA GO

Período de utilização 10/05/2026 à 09/06/2026

Data de Recebimento: 06/07/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07263 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07263 002	312.663.648-97	GIOVANDRO FERREIRA MARTINS		M	0,00	
07263 004	043.970.181-38	SARAH KAYLANE SILVA BORGES		0,92	1,12	
07263 009	034.126.391-50	LUDMILLA PEREIRA RODRIGUES		M	0,14	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 13 de julho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.07.13
08:34:04 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: ce6a6594836dcfe21a4424047295de15