



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO  
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

## RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05013/26

**Cliente:** 07278 CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTA LUZIA II LTDA

**Registro CNEN:** 913.072/23-01-3

AV BRASILIA, 2080 DUQUE DE BENEDIT CEP: 33120452 SANTA LUZIA MG

**Período de utilização** 10/04/2026 à 09/05/2026

**Data de Recebimento:** 18/05/2026

**Mês Base:** abril/2026

| Identificação<br>do Dosímetro | CPF               | Nome                          | Dose no Período<br>Hp (10) | (mSv) | Dose Anual<br>(mSv) | Observação |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|------------|
| 07278 901                     | ____.____.____-__ | REFERENCIAL-01                |                            | M     |                     |            |
| 07278 002                     | 175.126.366-52    | YASMIM MICAELIM SIMOES SANTOS |                            | M     | 0,00                |            |
| 07278 004                     | 128.231.356-85    | DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS   |                            | M     | 0,00                |            |

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

### Tabela de Observações

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NI - Nível de investigação (1,00mSv)                | DP - Dosímetro de extremidade             |
| LI - Leitura impossível                             | LE - Leitura de emergência                |
| NU - Dosímetro não utilizado                        | DA - Dosímetro referencial irradiado      |
| DE - Dosímetro extraviado                           | UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv) |
| UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)           |                                           |
| * - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero. |                                           |

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario  
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 1 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882  
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO  
SANTOS:26420741882  
Dados:2026.06.01 15:55:48 BRT

**Patricia Santana Brito**  
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: a844be102281f63025307ab52db8e7aa