



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03147/26

Cliente: 07302 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO

Registro CNEN: 913.086/23-01-5

AVENIDA IGUATEMI, 584 VL BRANDINA CEP: 13092500 CAMPINAS SP

Período de utilização 17/02/2026 à 20/03/2026

Data de Recebimento: 31/03/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07302 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
07302 003	342.848.968-30	THAYNARA SUELLEN SOUZA SA	0,27	0,27	*
07302 004	446.102.258-75	TAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA ZAMIAN	0,13	0,13	*
07302 006	486.140.248-43	GIOVANNA BAVARESCO KATAOKA	0,16	0,16	

* Dosímetros utilizados sobre o avental plumbífero.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 15 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.15
14:22:50 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: c0a79cc3b989e7a4010a1d857b2a6f73