



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03893/26

Cliente: 07339 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA/TOMOGRAFIA

Registro CNEN: 901.199/20-09-7

AV DOM JOSE GASPAR, 544 MATRIZ CEP: 09370670 MAUA SP

Período de utilização 10/03/2026 à 09/04/2026

Data de Recebimento: 17/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07339 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07339 001	445.838.328-00	ANA CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA		M	0,00	
07339 002	288.692.268-40	ALEDSON HENRIQUE SILVA		M	0,61	
07339 005	452.579.258-26	TALITA DA SILVA BRAS		M	0,00	
07339 008	419.829.358-98	LARISSA OLIVEIRA SILVA		M	0,00	
07339 009	463.953.248-29	GUSTAVO VALIM DE SOUZA DA SILVA		M	0,00	
07339 010	395.764.628-60	EVELIN CAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA		M	0,00	
07339 011	082.456.645-96	DAIANA LISBOA ROCHA		M	0,00	
07339 012	273.830.458-31	GISLEY DA SILVA VIANA		M	0,00	
07339 013	264.261.728-98	ADRIANA RITA DE OLIVEIRA AMELIO		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 4 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.04
08:51:59 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: aa19af7fa71e102dd89c6376234499a9