




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07286/26

Cliente: 07356 CLINICA MEDICA ANACLISE LTDA

Registro CNEN: 913.014/24-01-7

AVENIDA SAO JOSE, 40 CENTRO CEP: 48540000 JEREMOABO BA

Período de utilização 10/06/2026 à 09/07/2026

Data de Recebimento: 23/07/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07356 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07356 902	____.____.____-__	REFERENCIAL-02		M		
07356 001	019.374.615-80	LAURA MICHELE OLIVEIRA AGUIAR		M	0,21	
07356 002	020.912.065-71	SUELI GABIANE DAS NEVES		M	0,00	
07356 003	050.906.415-95	GILVAN DO NASCIMENTO SILVA		0,12	0,45	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 28 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.28
15:20:48 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 12af535e9cc165657c83c199bd7c448b