



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07635/26

Cliente: 07369 TREDISA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA

Registro CNEN: 905.091/22-02-0

R PRINCEPE HUMBERTO, 112 CENTRO CEP: 09725200 S B DO CAMPO SP

Período de utilização 01/06/2026 à 30/06/2026

Data de Recebimento: 24/07/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07369 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07369 073	303.898.478-79	SANDRA ALVES CONSERVA		M	0,00	
07369 082	424.163.588-12	LUCAS HENRIQUE MACENO		M	0,00	
07369 086	464.596.198-59	ISABELLA ROJAS DA SILVA		M	0,00	
07369 089	249.020.928-08	CARLOS EDUARDO DA SILVA		M	0,00	
07369 095	481.773.088-90	GABRIEL ROGERIO LIMA DE SA		M	0,00	
07369 101	373.364.548-01	LUIZ FELIPE DA SILVA AMARAL		M	0,00	
07369 104	008.916.885-28	SILVIO CUNHA PAIVA		M	0,00	
07369 107	442.782.448-00	SINARA LOPES MERCADO		M	0,00	
07369 108	043.227.595-99	MARCOS COSTA SILVA		M	0,00	
07369 109	327.246.128-09	REGIANE CRISTINA DE SOUSA		M	0,00	
07369 110	145.378.906-57	IZABEL GOVEA BARBOSA		M	0,00	
07369 111	074.877.234-02	ENILSON NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 4 de agosto de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.08.04 16:55:53 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 969edcc6cb1fd7a9a4cb48aa9e3243e5