



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04111/26

Cliente: 07407 A.F. DIAGNOSTICOS LTDA

Registro CNEN: 913.049/24-02-9

JOUBERT WEY, 74 JD VERGUEIRO CEP: 18030070 SOROCABA SP

Período de utilização 15/02/2026 à 14/03/2026

Data de Recebimento: 27/04/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07407 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
07407 001	931.759.735-15	AGNALDO FERREIRA DE MACEDO	0,17	0,17	
07407 002	299.375.208-19	SAMUEL DOS SANTOS MOREIRA	M	0,00	
07407 003	476.093.868-04	MARIA EDUARDA VENANCIO DE LIMA	M	0,00	
07407 004	556.462.528-57	LAURA PRADO SANTOS	M	0,00	
07407 005	315.592.918-93	CLAYTON FRANCISCO DA PAZ	M	0,00	
07407 006	358.098.968-55	DOUGLAS ROBERTO BLANCO	0,59	0,59	

Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 6 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.06
16:34:51 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 68e09993b6611ae2ee488e95d1df1667