



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 08600/26

Cliente: 07407 A.F. DIAGNOSTICOS LTDA

Registro CNEN: 913.049/24-02-9

JOUBERT WEY, 74 JD VERGUEIRO CEP: 18030070 SOROCABA SP

Período de utilização 15/07/2026 à 18/08/2026

Data de Recebimento: 27/08/2026

Mês Base: julho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07407 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07407 001	931.759.735-15	AGNALDO FERREIRA DE MACEDO		0,11	0,29	
07407 002	299.375.208-19	SAMUEL DOS SANTOS MOREIRA		M	0,00	
07407 006	358.098.968-55	DOUGLAS ROBERTO BLANCO		0,10	2,49	
07407 007	420.328.528-37	GABRIELA ALVERS FERREIRA DINIZ		0,11	0,11	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissao: 1 de setembro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.09.01
16:35:54 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: 37490d6860eb12533f5f04d2e248a037