



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 03941/26

Cliente: 07438 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Registro CNEN: 904.675/11-03-2

RUA TEODORO XAVIER DE SOUZA, 77 MARIO CRUZ CEP: 43850000 S SEBASTIAO DO BA

Período de utilização 15/03/2026 à 14/04/2026

Data de Recebimento: 27/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07438 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01 RX	M		
07438 001	593.278.555-15	JACIARA RODRIGUES DA SILVA	-----	0,00	NU
07438 002	005.344.465-58	ISABELMA NOGUEIRA DOS SANTOS	-----	0,00	NU
07438 003	043.737.805-52	MILENA DE SOUZA MOREIRA VASCONCELOS	-----	0,00	NU
07438 004	050.794.045-82	TATIANE MARINHO DOS SANTOS	-----	0,00	NU
07438 006	869.706.075-34	CLAUDIO DE OLIVEIRA BOMFIM	-----	0,10	NU
07438 007	792.454.475-53	LEONARDO TADEU SILVA CERQUEIRA	-----	0,00	NU
07438 008	914.780.735-00	RICARDO SANTOS SOUZA	-----	0,00	NU
07438 009	013.856.955-01	LEILA DOS SANTOS SILVA	-----	0,00	NU

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 4 de maio de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.05.04
16:23:48 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 3025b3872a1b5058f4188732c9852ea2