



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 09498/26

Cliente: 07468 3D IMAGEM RADIOLOGIA LTDA

Registro CNEN: 913.074/25-01-5

RUA 238, 200 SL 12 MEIA PRAIA CEP: 88220000 ITAPEMA SC

Período de utilização 20/08/2026 à 15/09/2026

Data de Recebimento: 23/09/2026

Mês Base: agosto/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07468 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07468 006	056.704.132-88	DEBORAH VANESSA DA SILVA SANTOS		0,14	3,00	
07468 008	100.802.249-70	ALANI VITORIA DOS SANTOS		0,25	1,52	
07468 010	090.447.559-00	THIFANI BATISTA DO NASCIMENTO		0,48	0,59	
07468 011	141.494.539-69	CAMILA LUZ SOBRINHO		M	0,15	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 28 de setembro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.09.28
11:28:49 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: f1acfbe245f98dab7defa9ab7e37138d