



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03887/26

Cliente: 07469 RADIO-TEC SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA

Registro CNEN: 913.075/25-01-0

R JOSE MORGANTI, 135 FATIMA CEP: 99709224 ERECHIM RS

Período de utilização 15/03/2026 à 15/04/2026

Data de Recebimento: 17/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07469 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07469 002	002.890.110-00	ENIO CHITOLINA BOFF		M	0,00	*
07469 003	009.918.760-40	ESTELA LANG PEREIRA		M	0,00	*
07469 004	000.811.070-05	JEFERSON DA ROSA PILLA		M	0,00	*
07469 005	002.897.740-80	MARCELA ECHER		M	0,00	*
07469 006	093.133.719-44	PATRICIA DE NADAL		M	0,00	*
07469 007	010.479.660-00	RAFAEL TOGNON		M	0,00	*

* Dosímetros utilizados sobre o avental plumbífero.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 30 de abril de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.04.30
12:05:59 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 9ee55355b93e173f237839ed1e85f8d8